

● 令和5年度 公表すべき維持管理の状況に関する情報

(施行規則第12条の7の2) (第1号)

- 名 称 第2期 赤平処分場
○ 所 在 地 赤平市共和町556番138,139,140,141,142,143,235,236
○ 許可年月日、番号 平成27年1月30日、空環生第1368-2号
○ 処理能力 面積：11,500㎡ 容量：126,744㎡

令和5年4月～令和6年3月

(単位：t)

分類	種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
イ	埋め立てた産業廃棄物(焼却、設置)	010 燃え殻	184	246	146	192	243	108	160				
		020 汚泥	84	150	84	142	85	135	28				
		030 廃油(カドレックス)	43	53	15	26	40	58	49				
		060 発プラスチック類	97	80	100	122	525	146	167				
		070 紙くず	49	11	2	3	2	5	5				
		080 木くず	1	0	2	0	0	2	0				
		090 繊維くず	13	3	12	4	6	3	3				
		100 動物性残骸	0	0	0	0	0	0	0				
		110 ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0				
		120 金属くず	2	3	1	3	7	3	2				
		130 びんくず、リットルくず及び陶磁器くず	265	242	349	390	382	486	392				
		140 磁器	62	34	42	28	46	24	50				
		150 ガレキ類	59	69	40	36	362	217	63				
		180 ばいじん	0	0	0	0	0	0	0				
		190 13号廃棄物	0	0	0	0	0	0	1				
		740 廃石綿等	0	2	2	4	2	11	1				
		計	858	893	795	950	1,699	1,197	923				
ロ	点検と措置	調整	点検月日	4月24日	5月22日	6月19日	7月24日	8月21日	9月25日	10月23日			
		損壊の恐れ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
ハ	漏水工	点検月日	4月24日	5月22日	6月19日	7月24日	8月21日	9月25日	10月23日				
		損壊の恐れ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
ニ	水質検査	地下水(埋立前)	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】						採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧			
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】						採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧			
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】						採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧			
		地下水(埋立後)	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)【別紙2】						採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧			
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)【別紙2】						採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧			
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)【別紙2】						採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧			
		成流水(埋立後)	地下水25項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)									
			ダイオキシン類										
			排水基準42項目										
			ダイオキシン類										
			PH										
			BOD										
ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果 該当なし									
		必要な措置		調査年月日、調査結果 該当なし									
ヘ	点検と措置	調整池	点検月日	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月9日			
		損壊の恐れ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
		浸出液処理設備	点検月日	4月3日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月9日			
		異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
チ	漏水工又は配管の防漏措置	点検月日	毎週点検を行っている。(詳細な年月日は事務所内閲覧)										
		異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	45,265m³(令和5年9月30日現在)										

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 令和4年度 公表すべき維持管理の状況に関する情報

(施行規則第12条の7の2) (第1号)

- 名 称 第2期 赤平処分場
○ 所 在 地 赤平市共和町556番138,139,140,141,142,143,235,236
○ 許可年月日、番号 平成27年1月30日、空環生第1368-2号
○ 処理能力 面積：11,500㎡ 容量：126,744㎡

令和4年4月～令和5年3月

(単位：t)

分 類		種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
イ	埋め立てた産業廃棄物 (種類、数量)	010 燃え殻	278	233	167	249	219	134	236	286	268	254	291	293				
		020 汚泥	31	126	27	119	32	186	28	186	22	29	22	25				
		030 廃油(9-別1分類)	13	13	22	68	42	44	45	72	12	9	20	7				
		060 廃プラスチック類	68	80	146	154	127	158	100	109	107	41	105	105				
		070 紙くず	11	23	24	11	5	11	9	6	13	1	0	3				
		080 木くず	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	1	0				
		090 繊維くず	0	1	2	9	18	11	2	2	1	0	0	11				
		100 動植物性残さ	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		110 ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		120 金属くず	1	1	2	0	3	0	3	4	7	1	7	2				
		130 がれきくず、フットくず及び瓶類等	211	171	309	415	322	329	329	308	207	166	152	194				
		140 紙さい	11	19	22	6	12	18	75	41	16	0	10	7				
		150 がれき類	55	30	98	80	135	88	59	74	108	7	5	13				
		180 ばいじん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		190 13号廃棄物	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
740 炭石綿等	0	0	1	3	17	8	5	2	1	1	0	11						
	計	680	706	821	1,114	936	988	891	1,091	760	509	614	672					
ロ	点検と措置	漏洩	点検月日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月22日	9月19日	10月24日	11月21日	12月19日	1月23日	2月20日	3月20日			
漏洩の恐れ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
ハ	点検と措置	漏水	点検月日	4月18日	5月23日	6月20日	7月25日	8月22日	9月19日	10月24日	11月21日	12月19日	1月23日	2月20日	3月20日			
漏洩の恐れ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				
ニ	水質検査	地下水 (埋立前)	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧				
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧				
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧				
		地下水 (埋立後)	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)【別紙2】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧				
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)【別紙2】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧				
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)【別紙2】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧				
		放流水 (埋立後)	地下水25項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)														
			ダイオキシン類															
			排水基準42項目															
			ダイオキシン類															
			PH															
			BOD	本管理型最終処分場は、放流を行っていない。														
			COD															
			SS															
			窒素含有量															
			ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果 該当なし												
			地下水の水質が悪化した場合		調査年月日、調査結果 該当なし													
ヘ	点検と措置	調整池	点検月日	4月4日	5月2日	5月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日			
			異常の恐れ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
		漏出施設	点検月日	4月4日	5月2日	5月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日			
			異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
チ	点検と措置	雨水管又は配管の防凍措置	点検月日	毎週点検を行っている。(詳細な年月日は事務所内閲覧)														
			異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	48,363m ³ (令和5年3月30日現在)															

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 令和3年度 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

令和3年4月～令和4年3月

○ 管理型最終処分場 (第8号)

○ 処分場の名称 新赤平処分場

○ 許可番号 空環生第1368-2号

○ 設置場所 赤平市共和町556番138、139、140、141、142、143、235、236

(単位: t)

		分類	種類	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月	令和3年10月	令和3年11月	令和3年12月	令和4年1月	令和4年2月	令和4年3月
イ	定め立てた産業廃棄物(種類、数量)		1 燃えがら	251	257	141	226	255	121	195	238	308	255	242	237
			2 汚泥	36	109	38	106	225	107	176	143	145	19	28	25
			3 炭プラスチック	70	87	85	97	96	124	92	124	164	78	98	48
			4 紙くず	11	1	2	7	1	4	4	3	7	0	1	2
			5 木くず	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
			6 繊維くず	0	2	1	1	10	2	0	5	16	0	1	2
			7 粉砕物性残さ	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
			8 ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9 金属くず	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0
			10 ガラスくず・プラスチック及び繊維類くず	424	356	471	407	380	442	451	297	322	158	266	189
			11 鉱さい	56	95	46	103	62	40	89	34	17	13	9	6
			12 がれき類	54	89	115	115	89	54	117	133	66	10	25	68
			13 はいじん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14 灰田(タービッチに類)	21	44	59	35	19	97	106	76	74	21	18	12
			15 転倒するために設置した物	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
			16 焼石等	0	3	1	3	15	4	1	2	3	2	0	2
	計	926	1,052	963	1,107	1,154	995	1,232	1,059	1,124	557	689	591		
ロ	点検と措置	腐蝕	令和3年度点検月日	4月19日	5月23日	6月21日	7月26日	8月23日	9月20日	10月25日	11月22日	12月20日	1月24日	2月21日	3月21日
		損壊の恐れ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	漏水工	令和3年度点検月日	4月19日	5月23日	6月21日	7月26日	8月23日	9月20日	10月25日	11月22日	12月20日	1月24日	2月21日	3月21日	
		損壊の恐れ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ニ	水質検査	地下水(準立前)	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
			電気伝導率 塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
		地下水(準立後)	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)【別紙2】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)【別紙2】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
			電気伝導率 塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)【別紙2】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
		放流水(準立後)	地下水25項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)											
			ダイオキシン類												
			排水基準42項目												
			PH												
			BOD												
			COD												
			SS												
			窒素含有量												
ホ	必要な措置	排水処理	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果 該当なし											
		排水処理	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果 該当なし											
ヘ	点検と措置	調整池	令和3年度点検月日	4月5日	5月3日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月3日	1月10日	2月7日	3月7日
		損壊の恐れ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		浸出液処理設備	令和3年度点検月日	4月5日	5月3日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月3日	1月10日	2月7日	3月7日
		異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
チ	漏水工	令和3年度点検月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	57,242 m ³ (令和4年3月31日現在)												

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及び二(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及び二、第2号ロ及び二、第3号ロ及び二、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及び二、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びハ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びハ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びハ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 令和2年度 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

令和2年4月～令和3年3月

- 管理型最終処分場 (第8号)
- 処分場の名称 新赤平処分場
- 許可番号 空環生第1368-2号
- 設置場所 赤平市共和町556番138、139、140、141、142、143、235、236

(単位: t)

	分類	種類	令和2年4月	令和2年5月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月	令和2年10月	令和2年11月	令和2年12月	令和3年1月	令和3年2月	令和3年3月	
イ	埋め立て産業廃棄物 (種類、数量)	1 塵えがら	282	334	176	170	329	376	561	337	167	285	354	307	
		2 汚泥	86	336	319	143	83	44	25	192	29	18	121	29	
		3 廃プラスチック	77	452	260	392	524	450	333	94	56	156	289	67	
		4 紙くず	3	1	0	1	0	1	8	2	1	0	3	1	
		5 木くず	1	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 屋根くず	4	0	1	0	0	2	13	0	6	0	0	5	
		7 動植物性残さ	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9 金属くず	7	0	0	0	5	2	0	0	0	2	0	0	
		10 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	475	328	421	399	433	554	525	464	493	301	241	569	
		11 雑さい	149	52	56	37	45	69	54	53	72	59	28	61	
		12 がれき類	21	7	21	103	62	60	157	35	14	67	1	21	
		13 ばいじん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		14 砂・土(ダンプトラックに取	52	64	44	31	30	74	50	31	30	50	32	0	
		15 処分するために 処理した物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16 養石綿等	2	2	4	4	24	5	14	2	2	5	6	2	
	計	1,158	1,583	1,302	1,291	1,535	1,636	1,740	1,210	869	942	1,077	1,063		
ロ	点検と措置	埋立	令和2年度 点検月日	4月20日	5月18日	6月22日	7月20日	8月24日	9月21日	10月19日	11月23日	12月21日	1月25日	2月22日	3月22日
		損壊の恐れ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ		返水工	令和2年度 点検月日	4月20日	5月18日	6月22日	7月20日	8月24日	9月21日	10月19日	11月23日	12月21日	1月25日	2月22日	3月22日
		損壊の恐れ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
二	水質検査	地下水 (埋立前)	地下水23項目 ダイオキシソ類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
			塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(埋立開始前)【別紙1】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
		地下水 (埋立後)	地下水23項目 ダイオキシソ類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)【別紙2】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)【別紙2】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
			塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)【別紙2】										採取場所詳細は事務所内設置許可申請書閲覧	
		放流水 (埋立後)	地下水25項目 ダイオキシソ類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)											
			排水異臭42項目 ダイオキシソ類												
			PH												
			BOD	本管理型最終処分場は、放流を行っていない。											
			COD												
			SS												
			窒素含有量												
ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が 悪化した場合	調査年月日、調査結果 該当なし											
		事故原因調査		調査年月日、調査結果 該当なし											
ヘ ト チ	点検と措置	調整池	令和2年度 点検月日	4月6日	5月4日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月4日	2月1日	3月1日
		損壊の恐れ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		浸出源 処理設備	令和2年度 点検月日	4月6日	5月4日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月4日	2月1日	3月1日
		異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		排水管 又は配管の 防凍措置	令和2年度 点検月日	毎週点検を行っている。(詳細な年月日は事務所内閲覧)											
リ	埋立残余容量	異常の有無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
		残余容量の測定	68,352 m ³ (令和3年3月31日現在)												

● 維持管理の状況に関する情報の公表

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及び二(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及び二、第2号ロ及び二、第3号ロ及び二、第4号ロから二まで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及び二、第7号ハ及びホ並びに第8号二及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号二、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号二(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

別紙2 令和5年度 水質検査記録簿(地下水) 第2期赤平処分場

1. 地下水等検査項目

試料採取箇所			新上流	下流
試料採取年月日			R5年4月22日	R5年4月28日
分析結果が得られた日			R5年5月22日	R5年5月22日
測定項目	単位	基準	新上流	下流
アルキル水銀	mg/l	不検出	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)
総水銀	mg/l	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
鉛	mg/l	0.01	0.002	0.002
六価クロム	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
ヒ素	mg/l	0.01	0.002未満	0.002未満
全シアン	mg/l	不検出	ND(<0.1)	ND(<0.1)
PCB	mg/l	不検出	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)
トリクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
セレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	mg/l	10	0.2	0.2
ふっ素	mg/l	0.8	0.08未満	0.08未満
ほう素	mg/l	1	0.02未満	0.02未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	0.064	0.066

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
試料採取年月日	R5年4月6日		R5年5月16日		R5年6月8日		R5年7月19日		R5年8月9日		R5年9月13日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	R5年4月17日		R5年5月19日		R5年6月15日		R5年7月26日		R5年8月29日		R5年9月28日	
塩化物イオン	R5年4月18日		R5年5月24日		R5年6月13日		R5年7月26日		R5年8月29日		R5年9月28日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	370	350	190	160	180	230	180	260	230	250	170	340
塩化物イオン	18	21	8.8	14	9.6	30	12	40	9.9	22	7.5	46
	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
試料採取年月日	R5年10月9日											
分析結果が得られた日												
電気伝導率	R5年10月18日											
塩化物イオン	R5年10月18日											
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	250	220										
塩化物イオン	11	20										

単位: 電気伝導率は $\mu\text{S}/\text{cm}$ 、塩化物イオンは mg/L で記載すること

別紙2 令和4年度 水質検査記録簿(地下水) 第2期赤平処分場

1. 地下水等検査項目

試料採取箇所			新上流	下流
試料採取年月日			R4年4月25日	R4年4月25日
分析結果が得られた日			R4年5月20日	R4年5月20日
測定項目	単位	基準	新上流	下流
アルキル水銀	mg/l	不検出	不検出	不検出
総水銀	mg/l	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
鉛	mg/l	0.01	0.003	0.002
六価クロム	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
ヒ素	mg/l	0.01	0.002未満	0.002未満
全シアン	mg/l	不検出	不検出	不検出
PCB	mg/l	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロパン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
セレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	mg/l	10	0.2	0.2
ふっ素	mg/l	0.8	0.08未満	0.08未満
ほう素	mg/l	1	0.02未満	0.02未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	0.10	0.072

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
試料採取年月日	R4年4月8日		R4年5月12日		R4年6月13日		R4年7月8日		R4年8月17日		R4年9月12日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	R4年4月18日		R4年5月17日		R4年6月21日		R4年7月19日		R4年8月22日		R4年9月20日	
塩化物イオン	R4年4月18日		R4年5月17日		R4年6月21日		R4年7月21日		R4年8月29日		R4年9月26日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	260	320	270	260	240	210	240	290	210	310	660	220
塩化物イオン	16	48	17	41	13	26	14	46	11	53	39	28
	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
試料採取年月日	R4年10月7日		R4年11月7日		R4年12月20日		R5年1月17日		R5年2月8日		R5年3月8日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	R4年10月20日		R4年11月11日		R4年12月26日		R5年1月24日		R5年2月17日		R5年3月14日	
塩化物イオン	R4年10月14日		R4年11月11日		R4年12月26日		R5年1月24日		R5年2月15日		R5年3月15日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	200	250	210	210	340	420	250	240	290	310	300	290
塩化物イオン	9.6	38	12	25	14	39	14	22	13	31	17	23

単位: 電気伝導率は $\mu\text{S}/\text{cm}$ 、塩化物イオンは mg/L で記載すること

別紙2 令和3年度 水質検査記録簿(地下水)

1. 地下水等検査項目

試料採取箇所			新上流	下流
試料採取年月日			R3年4月28日	R3年4月28日
分析結果が得られた日			R3年5月25日	R3年5月25日
測定項目	単位	基準	新上流	下流
アルキル水銀	mg/l	不検出	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)
総水銀	mg/l	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
鉛	mg/l	0.01	0.007	0.003
六価クロム	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
ヒ素	mg/l	0.01	0.002未満	0.002未満
全シアン	mg/l	不検出	ND(<0.1未満)	ND(<0.1未満)
PCB	mg/l	不検出	ND(<0.0005未満)	ND(<0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
セレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	mg/l	10	0.1	0.2
ふっ素	mg/l	0.8	0.08未満	0.08未満
ほう素	mg/l	1	0.02未満	0.02未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	0.14	0.090

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

	1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目	
試料採取年月日	R3年4月8日		R3年5月11日		R3年6月9日		R3年7月9日		R3年8月5日		R3年9月13日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	R3年4月16日		R3年5月18日		R3年6月18日		R3年7月16日		R3年8月23日		R3年9月29日	
塩化物イオン	R3年4月14日		R3年5月18日		R3年6月15日		R3年7月19日		R3年8月24日		R3年9月29日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	260	240	290	170	210	230	210	210	230	240	260	240
塩化物イオン	23	35	31	36	14	23	14	30	17	37	26	35
	7回目		8回目		9回目		10回目		11回目		12回目	
試料採取年月日	R3年10月14日		R3年11月8日		R3年12月9日		R4年1月13日		R4年2月9日		R4年3月7日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	R3年10月27日		R3年11月16日		R3年12月14日		R4年1月18日		R4年2月17日		R4年3月14日	
塩化物イオン	R3年10月27日		R3年11月17日		R3年12月20日		R4年1月17日		R4年2月17日		R4年3月14日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	210	220	230	270	210	260	220	250	230	270	230	320
塩化物イオン	16	34	22	45	17	40	16	38	16	39	16	48

単位:電気伝導率は μ S/cm、塩化物イオンはmg/lで記載すること

別紙2 令和2年度 水質検査記録簿(地下水)

1. 地下水等検査項目

試料採取箇所			新上流	下流
試料採取年月日			R2年5月26日	R2年5月26日
分析結果が得られた日			R2年6月12日	R2年6月12日
測定項目	単位	基準	新上流	下流
アルキル水銀	mg/l	不検出	ND(<0.0005)	ND(<0.0005)
総水銀	mg/l	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
鉛	mg/l	0.01	0.004	0.003
六価クロム	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
ヒ素	mg/l	0.01	0.002未満	0.002未満
全シアン	mg/l	不検出	ND(<0.1未満)	ND(<0.1未満)
PCB	mg/l	不検出	ND(<0.0005未満)	ND(<0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
セレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	mg/l	10	0.3	0.2
ふっ素	mg/l	0.8	0.08未満	0.08未満
ほう素	mg/l	1	0.03	0.02未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	0.071	0.063

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

	1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目	
試料採取年月日	R2年4月13日		R2年5月12日		R2年6月5日		R2年7月10日		R2年8月7日		R2年9月4日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	R2年4月20日		R2年5月18日		R2年6月11日		R2年7月21日		R2年8月18日		R2年9月11日	
塩化物イオン	R2年4月20日		R2年5月18日		R2年6月11日		R2年7月21日		R2年8月19日		R2年9月14日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	310	210	250	200	300	220	310	240	240	210	290	220
塩化物イオン	16	24	37	22	38	31	39	30	24	24	33	25
	7回目		8回目		9回目		10回目		11回目		12回目	
試料採取年月日	R2年10月9日		R2年11月9日		R2年12月4日		R3年1月15日		R3年2月15日		R3年3月10日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	R2年10月16日		R2年11月16日		R2年12月14日		R3年1月20日		R3年2月24日		R3年3月19日	
塩化物イオン	R2年10月21日		R2年11月17日		R2年12月9日		R3年1月25日		R3年2月26日		R3年3月19日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	290	240	250	230	260	210	300	250	250	190	250	250
塩化物イオン	33	32	28	29	26	24	29	37	21	22	19	34

単位: 電気伝導率は μ S/cm、塩化物イオンはmg/lで記載すること

別紙2 平成31年度 & 令和1年度 水質検査記録簿(地下水)

1. 地下水等検査項目

試料採取箇所			新上流	下流
試料採取年月日			R1年5月15日	R1年5月15日
分析結果が得られた日			R1年6月7日	R1年6月7日
測定項目	単位	基準	新上流	下流
アルキル水銀	mg/l	不検出	ND(<0.0005未満)	ND(<0.0005)
総水銀	mg/l	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
鉛	mg/l	0.01	0.002	0.002
六価クロム	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
ヒ素	mg/l	0.01	0.002未満	0.002未満
全シアン	mg/l	不検出	ND(<0.1)	ND(<0.1未満)
PCB	mg/l	不検出	ND(<0.0005)	ND(<0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
セレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	mg/l	10	0.2	0.2
ふっ素	mg/l	0.8	0.08未満	0.08未満
ほう素	mg/l	1	0.02未満	0.02未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	0.082	0.085

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

	1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目	
試料採取年月日	H31年4月4日		R1年5月10日		R1年6月7日		R1年7月11日		R1年8月6日		R1年9月5日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	H31年4月17日		R1年5月22日		R1年6月19日		R1年7月24日		R1年8月20日		R1年9月20日	
塩化物イオン	H31年4月17日		R1年5月22日		R1年6月19日		R1年7月24日		R1年8月20日		R1年9月20日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	370	200	280	210	280	200	320	210	360	200	340	210
塩化物イオン	60	18	38	20	34	20	50	24	50	17	51	21
	7回目		8回目		9回目		10回目		11回目		12回目	
試料採取年月日	R1年10月3日		R1年11月8日		R2年12月12日		R2年1月10日		R2年2月10日		R2年3月10日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	R1年10月9日		R1年11月14日		R2年12月18日		R2年1月16日		R2年2月17日		R2年3月13日	
塩化物イオン	R1年10月10日		R1年11月22日		R2年12月24日		R2年1月17日		R2年2月18日		R2年3月19日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	350	230	330	200	280	230	230	220	250	210	320	220
塩化物イオン	51	24	46	22	26	20	14	22	21	35	37	22

単位: 電気伝導率は $\mu\text{S}/\text{cm}$ 、塩化物イオンは mg/L で記載すること

別紙2 平成30年度 水質検査記録簿(地下水)

1. 地下水等検査項目

試料採取箇所			新上流	下流
試料採取年月日			H30年5月25日	H30年5月25日
分析結果が得られた日			H30年6月13日	H30年6月13日
測定項目	単位	基準	新上流	下流
アルキル水銀	mg/l	不検出	ND(<0.0005未満)	ND(<0.0005)
総水銀	mg/l	0.0005	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
鉛	mg/l	0.01	0.002	0.005
六価クロム	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
ヒ素	mg/l	0.01	0.002未満	0.002未満
全シアン	mg/l	不検出	ND(<0.1)	ND(<0.1未満)
PCB	mg/l	不検出	ND(<0.0005)	ND(<0.0005未満)
トリクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1	0.001未満	0.001未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
セレン	mg/l	0.01	0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	mg/l	0.002	0.0002未満	0.0002未満
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	mg/l	10	0.3	0.2
ふっ素	mg/l	0.8	0.08未満	0.08未満
ほう素	mg/l	1	0.02未満	0.02未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	0.074	0.077

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

	1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目	
試料採取年月日	H30年4月6日		H30年5月11日		H30年6月7日		H30年7月9日		H30年8月6日		H30年9月5日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	H30年4月19日		H30年5月24日		H30年6月14日		H30年7月13日		H30年8月10日		H30年9月18日	
塩化物イオン	H30年4月19日		H30年5月21日		H30年6月15日		H30年7月19日		H30年8月22日		H30年9月26日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	260	160	480	170	540	170	310	180	350	220	380	190
塩化物イオン	25	24	70	13	75	14	37	15	44	22	51	17
	7回目		8回目		9回目		10回目		11回目		12回目	
試料採取年月日	H30年10月3日		H30年11月7日		H30年12月11日		H31年1月8日		H31年2月6日		H31年3月7日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	H30年10月15日		H30年11月15日		H30年12月17日		H31年1月11日		H31年2月13日		H31年3月18日	
塩化物イオン	H30年10月15日		H30年11月15日		H30年12月17日		H31年1月11日		H31年2月13日		H31年3月18日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	330	220	210	220	270	240	280	200	300	210	320	220
塩化物イオン	46	23	9	20	25	23	33	16	38	21	42	21

単位: 電気伝導率は μ S/cm、塩化物イオンはmg/lで記載すること

別紙2 平成29年度 水質検査記録簿(地下水)

1. 地下水等検査項目

試料採取箇所			新上流	下流
試料採取年月日				
分析結果が得られた日				
測定項目	単位	基準	新上流	下流
アルキル水銀	mg/l	不検出		
総水銀	mg/l	0.0005		
カドミウム	mg/l	0.003		
鉛	mg/l	0.01		
六価クロム	mg/l	0.05		
ヒ素	mg/l	0.01		
全シアン	mg/l	不検出		
PCB	mg/l	不検出		
トリクロロエチレン	mg/l	0.01		
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01		
ジクロロメタン	mg/l	0.02		
四塩化炭素	mg/l	0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004		
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1		
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04		
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1		
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006		
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002		
チウラム	mg/l	0.006		
シマジン	mg/l	0.003		
チオベンカルブ	mg/l	0.02		
ベンゼン	mg/l	0.01		
セレン	mg/l	0.01		
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	mg/l	10		
ふっ素	mg/l	0.8		
ほう素	mg/l	1		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05		
クロロエチレン	mg/l	0.002		
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1		

「～未満」とはその数値が定量下限値であることを示す。

2. 電気伝導率又は塩化物イオン

	1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目	
試料採取年月日	H29年6月9日		H29年7月6日		H29年8月4日		H29年9月6日		H29年10月10日		H29年11月13日	
分析結果が得られた日												
電気伝導率	H29年6月20日		H29年7月18日		H29年8月22日		H29年9月19日		H29年10月25日		H29年11月21日	
塩化物イオン	H29年6月20日		H29年7月18日		H29年8月17日		H29年9月12日		H29年10月25日		H29年11月21日	
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	470	220	190	280	200	210	270	210	380	220	220	220
塩化物イオン	50	23	11	59	13	20	32	21	41	22	8.8	22
	7回目		8回目		9回目		10回目		11回目		12回目	
試料採取年月日	H29年12月11日		H30年1月15日		H30年2月7日		H30年3月8日					
分析結果が得られた日												
電気伝導率	H29年12月21日		H30年1月19日		H30年2月21日		H30年3月16日					
塩化物イオン	H29年12月21日		H30年1月19日		H30年2月21日		H30年3月16日					
試料採取箇所	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流	新上流	下流
電気伝導率	270	180	290	230	1300	210	550	200				
塩化物イオン	18	15	36	24	250	21	22	17				

単位:電気伝導率は μ S/cm、塩化物イオンはmg/lで記載すること